

DIVAN D'EXAMEN GYNECOLOGIQUE

Descriptions:

Relève buste et jambe
proclive/déclive ;
Etriers et bassinnet en inox;
Sellerie en double couture
Mousse de forte densité (D60);
Revêtement en Skaï de choix
lavable;
Traitement de fer ;
Bain d'acide ;
Peinture antirouille -époxy .



Siege social : Z.I LES ZOUINES BABA ALI ALGER
Tel : 023 57 01 77/76, fax : 023 57 01 37
Service commercial 0555 90 10 16 / 23
Mail : comet_medical@hotmail.com
facebook : comte médical